

# ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР ТМ-211С

## ПАСПОРТ

### 1. Особенности

- Датчик Pt 100
- Высокая чувствительность
- Устойчивое качество
- Широкий диапазон измерений, включая измерения в высокотемпературных жидкостях и газах, а также в определенной точке и поверхности
- Компактность, легкий вес и удобство в работе
- Датчик может быть заменен в любое время

### 2. Спецификация

- Жидкокристаллический дисплей 3 ½ разряда
- Время измерения 2 сек
- Рабочая среда: температура -10~+40°C, влажность <80%
- Температура хранения: -20~+60°C
- Рабочий ток <5мА
- Размеры: 105X70X20 мм
- Вес 120г ( с батареей)

### 3. Характеристики

#### Прибор

Модель	Предел (°C)	Разрешение	Точность	Тип датчика
ТМ-211С	-100 ~ +199.9	0,1	±(0,5% + 1)	Pt 100

#### Датчик

Тип датчика	Точность (°C)	Предел (°C)
Pt 100 типа А	±0,2%	-200 ~ +650

### 4. Измерение температуры

- 1) Вставьте батарею 9V в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- 2) Нажмите кнопку «ON» - на дисплее появятся цифры. Вставьте датчик. Значения на дисплее – температура измерения. Для достижения точности, начинайте измерения через 10 минут после включения прибора.

### 5. Замена батареи

- 1) При появлении на дисплее надписи «ЛОВАТ», необходимо заменить батарею.
- 2) Сдвиньте крышку батарейного отсека и выньте батарею. Установите новую батарею и закройте крышку.

### Гарантийные обязательства

В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту в течение 6 месяцев со дня продажи - при наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей организации (продавца) . При этом прибор не должен иметь следов вскрытия и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором .

В случае установления факта нарушения пользователем правил эксплуатации прибор снимается с гарантии

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать торгующей организации \_\_\_\_\_

Изготовитель: фирма «S-Line Easter Electronic», Китай

Декларация о соответствии требованиям ГОСР Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001),ГОСТ Р 51522-99 , (МЭК61326-1-97), ГОСТ Р 51317.4.2-99,ГОСТ Р 51317.4.3-99 № РОСС CN..МЕ72.Д00049 от 31.01.2006 г.

зарегистрирована ООО «Фирма « Сибтехстандарт» (Органом по сертификации электрооборудования )

Действительна до 31.01.2010 г.